



Zpráva

o posouzení a hodnocení nabídek na „Zakoupení analyzátoru chlóru“

a) Údaje o složení hodnotící komise:

Hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek zasedla k jednání dne 13.9.2017 v tomto složení:

- členové: Ing. Libor Staněk, Martin Karas, Ing. Ivan Křištofík

Hodnotící komise je schopna usnášení.

Předsedou hodnotící komise byl zvolen : Ing. Libor Staněk

b) Přehled nabídek, které hodnotící komise převzala:

Podmínky soutěže z hlediska úplnosti kontrolované při hodnocení nabídek zaslaných v obálce, splnily 2 ks nabídek. Nabídky dodavatelů byly doručeny v termínu do 8.3.2017 do 10.00 hod. Tato lhůta byla posunuta z 2.3.2017 v 10:00 z technických důvodů.

Hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek převzala nabídky následujících uchazečů:

1. Hach Lange s.r.o., Zastrčená 1278/8 Praha 4, 141 00
2. TECHNOPROCUR CZ, spol. s.r.o., Lipová 524, Průhonice, 252 43

c) Seznam nabídek, které byly hodnotící komisi předloženy:

1. Hach Lange s.r.o.
2. TECHNOPROCUR CZ, spol. s.r.o.

d) Seznam nabídek, které hodnotící komise pro posouzení navrhla zadavateli k vyřazení ze soutěže:

Hodnotící komise navrhla k vyřazení nabídku uchazeče Hach Lange s.r.o., Zastrčená 1278/8 Praha 4, 141 00.

Odůvodnění:

- Přístroj CL 17 nabídnutý do výběrového řízení pod číslem nabídky 1294119 ID neumožňuje měření pH, které bylo součástí výzvy v části „Požadavky na přístroj“.
- Přístroj CL 17 neumožňuje měnit rozsah měřicího cyklu.



e) Výsledek posouzení jednotlivých nabídek:

Hodnotící komise posuzovala a hodnotila nabídky a konstatovala, že tyto nabídky splňují podmínky dané zadávací dokumentací, z výjimkou uvedenou pod písmenem d).

f) Stručný popis způsobu hodnocení :

Nabídky byly posuzovány podle:

- Nejnižší nabídkové ceny

g) Pořadí nabídek, stanovené podle výsledků hodnocení :

Hodnotící komise doporučuje rozhodnout o dodání analyzátoru chlóru od tohoto dodavatele:

1. TECHNOPROCUR CZ, spol. s.r.o., Lipová 524, Průhonice, 252 43

V Krnově dne 13.9.2017

Přílohy:

- Prezenční listina
- Čestné prohlášení

Podpisy členů hodnotící komise :

- předseda : Ing. Libor Staněk

- členové : Martin Karas

- členové : Ing. Ivan Křištofík